

Протокол № 15а

об итогах тендера по закупку лекарственных средств по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования для медицинских организаций города на 2022 год

г. Шымкент, ул. А.Байтурсынова 85а

25.11.2022 г.

1. Организатор закупок – ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ города Шымкент по адресу: г. Шымкент, ул.А.Байтурсынова 85а.

2. Гендерная комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Мауленов Ж.О. – директор ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ города Шымкент.

Заместитель председателя комиссии:

Исмаилов С.Т. – заместитель директора по лечебной части ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ города Шымкент.

Члены комиссии:

Карабеков М.Ж. – руководитель отдела привлечения инвестиций в здравоохранение, строительства и материально-технического оснащения медицинских организаций Управления здравоохранения города Шымкент.

Галенко Т.Н. – инженер ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ города Шымкент.

Кадирбеков Б.И. – врач-эндоскопист ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ города Шымкент.

Умирбеков Б.А. – юрист ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ города Шымкент.

Шаменова Е.К. – главный экономист ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ города Шымкент.

Секретарь комиссии:

Жаксыбекулы Г. – бухгалтер по государственным закупкам ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ города Шымкент.

3. Заказчики закупки: ГКП на ПХВ «Городской онкологический центр» УЗ города Шымкент, наименование и краткое описание, выделенная сумма по закупку лекарственных средств для медицинских организаций города по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования на 2022 год способом тендера «Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 (далее – Правила).


4. Выделенная сумма для закупки – 36 045 220,00 (тридцать шесть миллионов сорок пять тысяч двести двадцать) тенге 00 тиын, в том числе по лотам:



№ лота	Международное непатентованное название	Полная характеристика (описание) товаров (с указанием формы выпуска и дозирования)	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма, выделенная для закупки
1	Видеоколоноскоп (доукомплектация)	<p>Требования к комплектации: Видеоколоноскоп к имеющейся видеоинформационной стойке Olympus Medical System, с матрицей высокого разрешения. Встроенная цветная ПЗС матрица высокого разрешения в дистальном конце. Наличие. Стандарт передаваемого изображения HDTV. Поддержка системы «NBI»-обработка изображения в специальном спектре освещения для выделения структуры капилляров и других изменений слизистой оболочки наличие. Направление обзора 0° (прямой обзор). Угол поля зрения 140° Глубина резкости 2-100 мм Диаметр дистального конца 12,8 мм Диаметр вводимой трубки 12,8 мм Диаметр внутреннего канала 3,7 мм Наличие дополнительного канала подачи воды Наличие углы изгиба рабочей части 180° вверх/вниз, 160° влево/вправо Длина рабочей части 1680 мм Общая длина 2005 мм Минимально видимое расстояние от дистального конца 5 мм Наличие функции изменения жесткости вводимой части с рукоятки эндоскопа наличие. Возможность автоклавирувания клапанов вода/воздух и аспирации наличие. Наличие специального разъема (заземления)</p>	комплект	1	19 900 000,0	19 900 000,0






		<p>на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием Наличие. Наличие 4х программируемых кнопок на рукоятке эндоскопа для дистанционного управления наличие. Поддержка функции идентификации эндоскопа с отображением информации о модели, серийном номере, количестве подключений и восстановлении баланса белого цвета наличие.</p> <p>Требования к условиям эксплуатации: Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт. Водоснабжение: не требуется. Канализация: не требуется.</p> <p>Площадь помещения: не требуется.</p> <p>Наличие приточно-вытяжной вентиляции.</p> <p>Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) : DDP пункт назначения</p> <p>Срок поставки МТ и место дислокации: 30 календарных дней с момента заключения договора</p> <p>Адрес заказчика: г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Ахмет Байтурсынова, 85А</p> <p>Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц :</p> <p>Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев.</p> <p>Плановое техническое обслуживание должно</p>			
--	--	---	--	--	--







	<p>проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; - специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. <p>- Регистрационное удостоверение МЗ РК и сертификат наличие</p> <p>- Инструкция по эксплуатации на русском и казахском языках наличие</p>			
2	<p>Требования к комплектации: Видеолоноскоп к имеющейся видеоинформационной стойке Karl Storz, с дополнительным каналом для воды 1.2 мм, цветная система PAL, диаметр 12.9 мм, диаметр рабочего канала 3.8 мм, рабочая</p>	комплект	1	16 145 220,0 16 145 220,0





Handwritten signature and initials:




	<p>длина 1600 мм, отклонение вверх/вниз 180°/180°, отклонение влево/вправо 160°/160°, поле зрения 160°, глубина резкости 2 - 100 мм</p> <p>В комплекте поставки: 1х Трубка для промывания, многообразовая, 1х Y-образная трубка для промывания, многообразовая, 1х Адаптер для промывания водоструйного канала 1х Клапан компенсации давления 1х Тест на утечку 1х Клапан биопсийного канала, 10 шт/уп 1х Клапан очистки, многообразовый 1х Аспирационный клапан, многообразовый 1х Клапан вода-воздух 1х Щетка для очистки клапанов видеэндоскопа 1х Биопсийные щипцы, стерильные 3х Щетка для очистки, с флюком, одноразовая 3х Щетка для очистки, 5 мм, одноразовая 1х Защитная пленка 1х Чемодан 2х Ключ для чемодана</p> <p>Требования к условиям эксплуатации: Электрическая сеть 220В, мощность 2,5 кВт. Водоснабжение: не требуется. Канализация: не требуется. Площадь помещения: не требуется. Наличие приточно-вытяжной вентиляции. Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) : DDP пункт назначения</p> <p>Срок поставки МТ и место дислокации: 30 календарных дней с момента заключения договора</p> <p>Адрес заказчика: г.Шымкент, Аль-Фарабийский район, улица Ахмет Байтурсынова, 85А</p> <p>Условия гарантийного сервисного</p>			
--	--	--	--	--



Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

	<p>обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц;</p> <p>Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники 37 месяцев.</p> <p>Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.</p> <p>Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; - специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. - Регистрационное удостоверение МЗ РК и сертификат наличие - Инструкция по эксплуатации на русском и 			
--	--	--	--	--

	казахском языках наличие				
ИТОГО:					
					36 045 220,0

5. Тендерная документация участников представивших тендерную документацию:

№	Наименование потенциального поставщика	Адрес
1	ТОО "Main Trade"	РК, г.Шымкент, 112 кв, ул.Яблонева, дом 60
	ТОО "KPM Group"	РК, г.Шымкент, Абайский район, проезд Пролетарская, дом 38

6. Квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

№	Наименование потенциального поставщика	Тендерная заявка	Копия свидетельства о гос. регистрации	Копия Устава	Копия лицензии/тамонов на оптово-розничную реализацию местной техники	Ценовое предложение	Оригинал документа, подтверждающего внесение гарантийного обеспечения тендерной заявки	Техническая спецификация	Регистрационное удостоверение
1	ТОО "Main Trade"	+	+	+	+	+	+	+	+
2	ТОО "KPM Group"	+	+	+	+	+	+	+	+

7. Ценовое предложение потенциальных участников тендера:

Наименование потенциального поставщика	Цена за единицу	Производитель
ТОО "Main Trade"	19 895 000,00	OlimpusMedical Systems Corp., Япония
ТОО "KPM Group"	16 140 000,00	Karl Storz SE & Co..KG. Германия

8. Тендерная комиссия по результатам оценки и сопоставления конкурсных заявок **РЕШИЛА:**

1) По лоту №1 Видеоколоноскоп (доукомплектация) в соответствии с разделом 3, главы 9-1, пп. 130-41 Правила, направить приглашение на осуществление закупки способом из одного источника потенциальному поставщику, подавшему единственную заявку, а именно ТОО "Main Trade".

2) По лоту №2 Видеоколоноскоп (доукомплектация) в соответствии с разделом 3, главы 9-1, пп. 130-41 Правила, направить приглашение на осуществление закупки способом из одного источника потенциальному поставщику, подавшему единственную заявку, а именно ТОО "KPM Group".

9. Разместить на интернет ресурсе данный протокол и на основании данного протокола, потенциальному поставщику направить договор закупки лекарственных средств.

10. За данное решение проголосовали: ЗА – _____ голосов. ПРОТИВ – _____ голосов.

Председатель тендерной комиссии:

 _____

Мауленов Ж.О.

Заместитель председателя
тендерной комиссии:

 _____

Исмаилов С.Т.


Члены тендерной комиссии:

 _____

Карабеков М.Ж


 _____

Галенко Т.Н







Кадирбеков Б.И.



Умирбеков Б.А.



Шаменова Е.К.



Жаксыбекұлы Г.

Секретарь тендерной комиссии:

